Mimitakara®

myHearing

Android 版

アプリ使い方説明書

※2021 年 9 月 3 日に作成された説明書になります。
アップデートなどにより、一部内容が変更されている場合があります。

株式会社NADI
〒457-0024　愛知県名古屋市南区赤坪町180
● 製品に関するお問い合わせ
TEL：052-602-7772　mail：service@mimitakara.jp
● Mimitakara公式ホームページ　www.mimitakara.jp

Mimitakara
ホームページ

もくじ

はじめに 1
アプリダウンロード..... 2
許可設定..... 3
新規登録..... 5
ログイン 6
メニュー画面..... 7
集音器ペアリング..... 8
聴力検査..... 10
オージオグラム 15
音量・高音低音の調整..... 17
オンラインサポート..... 18

はじめに

この説明書は、アプリ「myHearing」の使い方について説明しています。
アプリを快適にご利用して頂くためにご一読ください。

※2021 年 9 月 3 日に作成されたガイドになります。
アップデートなどにより、一部内容が変更されている場合があります。

アプリダウンロード

1.Google Playストアからアプリをダウンロードしてください。

QRコードを読み取ってください。

Android版

Google Play
で手に入れよう

もしくは、Google Play から
“Mimitakara@myHearing”で検索
してください。

インストールをタップで
アプリがダウンロード出来ます。

2.ダウンロードが完了したらホーム画面よりmyHearingのアプリアイコンをタッチして
アプリを起動します。

myHearing

許可設定

【利用規約プライバシーポリシー】

1. アプリを立ち上げると、最初に”利用規約””プライバシーポリシー”の確認画面が出ます。

“利用規約”と”プライバシーポリシー”の内容を確認してから同意をしてください。

次回アプリ起動時に表示しない場合はチェックを入れてください。

・写真と動画

1. はじめに、アプリ使用時の許可についてポップアップが出現します。アプリご利用時に様々な機能を使用しますので全て許可をしてください。

・メディアへのアクセス

・音声の録音

※機種によって表記が違う場合があります。

■後から許可を行う場合

①設定からアプリをタッチ

②myHearing をタッチ



③権限をタッチ

④許可したい権限をタッチ

⑤許可を選択。

新規登録

1.Mimitakara 関連アプリをはじめてご利用になる方は
新規登録をタッチします。

2. 会員登録に必要なお客様の情報を入力します。

お名前…ご利用者様のお名前
E-mail…ご利用になっているメールアドレスを記入
※ E-mail は必須入力ではありません。
国番号…日本の場合“(JP) +81”を選択
電話番号…現在使用しているスマートフォンの電話番号
※ハイフンなし

以上を入力したら登録をタッチします。

ログイン

1. 国番号…日本の JP+81 を選択
   電話番号…会員登録した際に記入した電話番号を入力

2. 入力したら認証番号をタッチします。
※もし、エラーが出た場合は再度電話番号に入力の誤りがないかご確認をお願い致します。

3.6桁の番号が通知で届きます。

4.6 桁の番号を入力します。

5. 完了をタッチします。

6. メニュー画面へ移動したらログイン完了です。

メニュー画面

■集音器ペアリング

製品とのペアリングを行います。
使用している製品を選択しスマホから
流れる音でペアリングを行います。
ペアリング・・・8ページ

メニュー画面

■聴力検査

お手軽に聴力検査を行うことが
出来ます。また、現在設定して
いるオージオグラムの調整や
入力が可能です。
聴力検査・・・10ページ

■設定

音量の調整と高音・低音の調整
が左右それぞれで設定ができま
す。
設定…17ページ

■オンラインサポート

チャットで簡単に問い合わせること
が可能です。
オンラインサポート…18ページ

集音器ペアリング

※ペアリングの際はイヤホンを外して行ってください。

1. 集音器ペアリングをタッチします。

2. 使用する製品の型番を選び次へをタッチし　ます。

3. 使用する製品がどの耳に対応している物か
選択します。

4. アプリの指示通りに製品の電池を入れた状態で
開けてから閉め、集音器を耳に装着します。
装着し終えたら次へをタッチします。

5. スマートフォンのスピーカーから高い音が鳴ります。
鳴った後に集音器からピロ♪とペアリング音が聞こえたら成功です。

6. ペアリング音が聞こえたらチェックボタンを押して完了です。ペアリング音が聞こえなかった場合は × をタッチしてもう一度 8 ページ 4 項目から行ってください。



※スマートフォンの音量が小さいと次のような画面が表示されペアリングされない場合があります。
音量を 50%以上に上げてから再度お試しください。

聴力検査



※聴力検査はイヤホンを使用して検査します。
　予めご準備ください。

1. メニュー画面の「聴力検査」をタッチします。

2.「聴力検査」をタッチします。

4. 環境騒音測定がはじまります。
環境音が 60dB 以下の静かな場所に移動しましょう。
60dB 以下がしばらく続くと自動で次に進みます。

5. 検査で使用するイヤホンを一覧から選択します。
※選択肢に入っている物は聴力検査に対応している機種になります。
これ以外のイヤホンを使用する場合はその他を選択してください。対応してないイヤホンの場合は正しく聞こえない・正確でない可能性がありますのでご注意ください。

6. イヤホンを装着し下のボタンをタッチして次に進みます。※集音器は一度外してください。

7. 聴力測定がスタートします。
ビーという音が聞こえたら素早くボタンを1回タッチします。
※何度もタッチし続けるとエラーになります。音が聞こえた時にタッチしてください。



8. 一通り検査が終わると、検査結果画面に移ります。
※以下検査結果はあくまで目安の値です。

次へをタッチして進みます。



9. オージオグラムで結果内容を確認することが出来ます。

次へをタッチして進みます。

10. 右耳・左耳それぞれのグラフが確認出来ます。

【レポートの見方】
タッチするとグラフの解説を見る事が出来ます。とじるをタッチするともとの画面に戻ります。

次へをタッチして進みます。



11. 検査結果を元に製品の設定を行うか確認の画面になります。

・設定を行わない場合は赤の × ボタンでメニュー画面に戻ります。

・自動設定を行う場合は青のダウンロードボタンをタッチして進みます…14 ページへ

【自動設定のやり方】

※自動設定の際はイヤホンを切断し、スピーカーから音が聞こえる状態にしてください。

1. 製品とペアリング状態でない場合はペアリングをタッチします。やり方は【集音器ペアリング】8 ページと同じ方法になります。

ペアリングを終えた、もしくはペアリング済みの場合は設定をタッチして進みます。

2. 集音器がどの耳の物か選択します。

3. スマートフォンのスピーカーから高い音が鳴ります。鳴った後に集音器からピロ♪と聞こえたらペアリング完了です。

4. ペアリング完了したらチェックボタンを押して完了です。ペアリング音が聞こえなかった場合は × をタッチしてもう一度行ってください。

※スマートフォンの音量が小さいとペアリングされない場合があります。音量を半分以上に上げてから再度お試しください。

オージオグラム

オージオグラムとは…　どの高さの音がどれくらい聞こえるか状況を表すグラフです。グラフの縦軸は聞こる音の大きさ（デシベル dB) を表しており数字が小さいほどよく聞こえ、数字が大きいほど聞こえが悪い事を表しています。横軸は、音の高さ（ヘルツ Hz) を表しており左端 500Hz は低い音、4000Hz は高い音を表しています。



1.「聴力検査」→「オージオグラム入力」をタッチします。



2. 現在のオージオグラム設定が確認できます。

【オージオグラム調整】



3. まず右耳か左耳を選択します。



4.DB の数値が Hz（音の高さ）ごとに分かれているので、変更したい DB の枠をタッチして数値を選択します。
確認をタッチするとグラフに反映されます。



5. 調節が完了したら「保存」をタッチします。
調整を最初からやり直したい場合は「リセット」を押すとグラフが全て 25DB になります。
※リセットを押すと元のデータは消されてしまします。
※保存をタッチしないかぎり、データが保存されることはありません。ご注意ください。

音量・高音低音の調整

1. 設定をタッチします。



2. 集音器がどの耳の物か選んでから音量・音の高さ低さを調節します。

赤い●をタッチしてスライドさせると調節ができます。
左右にある矢印ボタンをタッチすると一段階ずつ調節ができます。

3. 調節が完了したら「完了」をタッチします。

オンラインサポート

1. オンラインサポートをタッチします。



2. チャット画面が開きます。
画面下の入力欄にメッセージを記入し紙飛行機のマーク（送信ボタン）をタッチするとチャットを行うことが可能です。